


附件 2

云南省省级政府采购项目单一来源采购专家论证意见表

时间：2024年1月15日

所属具体情况	《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》(云财采(2018)18号)第二条第(一)款第6项
采购单位	玉溪市人民医院
项目名称	玉溪市人民医院车载CT升级服务项目
项目金额	480000.00元
专家1论证意见	专家姓名：杨勇帮 工作单位：玉溪市食品药品检验所 职称：副主任药师 论证意见：详见附件2-1
专家2论证意见	专家姓名：马红银 工作单位：玉溪市第二人民医院 职称：高级工程师 论证意见：详见附件2-2
专家3论证意见	专家姓名：杨华 工作单位：玉溪市中心血站 职称：高级工程师 论证意见：详见附件2-3
综合论证意见	<p>玉溪市人民医院车载CT升级服务项目,为对正在使用过程中的原设备进行升级,需要由原设备生产厂家提供升级服务,根据《云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购管理的通知》(云财采(2018)18号)第二条第(一)款第6项:“基于节约财政性资金的原则,对正在使用过程中的原设备或系统进行添购或升级改造,必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续由原供应商完成的”的规定,论证专家组一致建议该项目采用单一来源方式采购。</p> <p>专家组签字: </p> <p>论证日期: 2024年1月15日</p>

附件 2-1

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 杨集强	
	职称: 副主任医师	
	工作单位: 玉溪市食品药品检验所	
项目信息	项目名称: 玉溪市人民医院车载 CT 升级服务项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>根据玉财采[2018]18号文件之规定,即第二条第(一)款第6条,“基于节约财政性资金的原则,对正在使用过程中的原设备或系统进行了升级或四级改造,必须保持原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续由原供应商采购。”本项目采购符合上述规定的情形,故建议采用单一来源方式进行采购。</p>	
专业人员签字	杨集强	日期 2024年 1月 15日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2-2

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: <u>103256</u>	
	职称: <u>高级工程师</u>	
	工作单位: <u>玉溪市第一人民医院</u>	
项目信息	项目名称: <u>玉溪市人民医院车载 CT 升级服务项目</u>	
	供应商名称: <u>东软医疗系统股份有限公司</u>	
专业人员论证意见	<p>根据云南省财政厅关于加强省级政府采购项目单一来源采购的管理通知云财采[2018]18号文件第二条第(-)款第6条:“基于节约财政性资金的原则,对正在使用过程中的原设备或系统进行添购或升级改造,必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求,需要继续由原供应商完成的。”</p> <p>该项目符合云财采[2018]18号文件中第二条第(-)款第6条的规定,建议采用单一来源采购方式进行采购。</p>	
专业人员签字	<u>103256</u>	日期 <u>2024</u> 年 <u>1</u> 月 <u>15</u> 日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件 2-3

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 高华	
	职称: 高级工程师	
	工作单位: 玉溪市中心医院	
项目信息	项目名称: 玉溪市人民医院车载 CT 升级服务项目	
	供应商名称: 东软医疗系统股份有限公司	
专业人员论证意见	<p>“玉溪市人民医院车载 CT 升级服务项目”，该设备是东软医疗系统股份有限公司制造，专业技术性强。</p> <p>玉溪市人民医院对该车载 CT 升级后，由原来的 126 层升级到 128 层。该项升级工作除了软件升级，还包括配套硬件升级，该项技术是东软医疗系统股份有限公司知识产权，其他单位无法完成此项工作。</p> <p>根据云南省财政厅文件云财采[2018]18 号第二条第(一)款第 6 项要求，建议允许采用单一来源采购方式采购。</p>	
专业人员签字	高华	日期 2024 年 1 月 15 日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。